検 査 結 果 報 告 書

発行No.　39910009-01Zj-001
発 行 日　平成24年10月5日

株式会社ミツウロコビバレッジ　山中湖工場 殿

試料受付　平成24年10月2日
採 取 者　依頼者
件　　名　放射性物質検査
採取場所　原水タンク入口
採 取 日　平成24年10月1日
採取時間　10時40分
測 定 日　平成24年10月3日

ユーロフィット日本環境株式会社
神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13
TEL 045(786)3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
横浜事業所長　高木 正浩　印

ご依頼を受けました試料について、検査の結果を次の通り報告致します。

試料名称 / 試験項目	山中井戸水 結果	検出下限	単位	試験方法
放射性ヨウ素 I-131	不検出	0.8	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法に準拠
放射性セシウム Cs-134	不検出	0.9		
放射性セシウム Cs-137	不検出	1		
放射性セシウム合計値	不検出	－		
（以下余白）				

測定機器)　・セイコー・イージーアンドジー株式会社製SEG-EMS（ゲルマシステム）
・オルテック社製Ge半導体検出器GEM20-70（検出器部）

備考)　・測定方法:「食品中の放射性物質の試験法について（平成24年 食安発0315第4号）」に準拠
・不検出とは検出下限値未満のことである。